


	文件类型	技术文档	文件版本	2.1.0	
	项目代号	DM 3514	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-15-zh			
文件名称： <p style="text-align: center;">血清淀粉样蛋白 A 校准品参考值表</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3514 项目</p>					
编制：曾婷婷 日期：2023.02.22		审核：秦世界 日期：2023.02.22		批准：秦世界 日期：2023.02.22	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新增	曾婷婷	秦世界	2023.02.22
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转					

血清淀粉样蛋白 A 校准品参考值表

Serum Amyloid A Protein Calibrator

Code: DM3514

LOT 2023020701

 20240206

适用机型	校准水平	参考值 (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (适用于技术文件版本 A1.0 及以上)	校准品 1	9.20
	校准品 2	18.80
	校准品 3	47.76
	校准品 4	100.97
	校准品 5	212.69
	校准品 6	262.53
	校准品 7	322.58