

	文件类型	技术文件	文件版本	V4.2.0		
	项目代号	DM3113	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-11-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of SAA Calibrator Reference Value</b></p>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3113 项目</p>						
编制：曾婷婷 日期：2023.04.25		审核：魏保立 日期：2023.04.25		批准：魏保立 日期：2023.04.25		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/ CN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V4.2.0	/	新建		曾婷婷	魏保立	2023.04.25
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

**Table of SAA Calibrator Reference Value****Serum Amyloid A Protein Calibrator**

LOT 2023041301

 20240412

<b>Model</b>	<b>Level (multi-point)</b>	<b>Reference Value (mg/L)</b>
DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical document version A1.0 and above)	<b>Calibrator 1</b>	10.7
	<b>Calibrator 2</b>	19.9
	<b>Calibrator 3</b>	52.1
	<b>Calibrator 4</b>	101.6
	<b>Calibrator 5</b>	208.3