

	文件类型	技术文档	文件版本	V2.1.1	
	项目代号	DM 3513	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-29-en			
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of CRP Calibrator Reference Value</p>					
适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3513 项目</p>					
编制：曾婷婷 日期：2023.05.26		审核：秦世界 日期：2023.05.26		批准：秦世界 日期：2023.05.26	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新增	曾婷婷	秦世界	2023.01.16
V2.1.1	/	增加版本信息	曾婷婷	魏保立	2023.05.26
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由设转					

Table of CRP Calibrator Reference Value

C-Reactive Protein Calibrator

Code: DM3513

 2023011001

 20240109

Model	Level	Reference Value (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0)	Calibrator 1	5.5
	Calibrator 2	25.3
	Calibrator 3	64.2
	Calibrator 4	121.6
	Calibrator 5	168.2
	Calibrator 6	235.1
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A2.0)	Calibrator 1	5.1
	Calibrator 2	25.3
	Calibrator 3	64.2
	Calibrator 4	121.6
	Calibrator 5	168.2
	Calibrator 6	235.1