

	文件类型	技术文件	文件版本	V2.2.0	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-32-en			
文件名称： <p style="text-align: center;">C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制： 黄子苒 日期： 2023.09.17		审核： 曾婷婷 日期： 2023.09.17		批准： 魏保立 日期： 2023.09.17	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.2.0	/	新建	黄子苒	魏保立	2023.09.17
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质 检				
由试剂研发					

C-Reactive Protein Control for Vet Reference Value

C-Reactive Protein for Vet Control

Code: DM3702

 2023042401

 20240423

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DF66X Vet、DF68X Vet (Applicable to technical document versions A2.0 and above)	Control 1	17.0	11.9-22.1	± 5.1
	Control 2	56.5	39.5-73.5	± 17.0