

	文件类型	技术文档	文件版本	V2.5.0		
	项目代号	DM 3513	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-29-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of CRP Calibrator Reference Value</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3513 项目</p>						
编制：曾婷婷 日期：2023.10.30		审核：魏保立 日期：2023.10.30		批准：魏保立 日期：2023.10.30		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V2.5.0	/	新增		曾婷婷	魏保立	2023.10.30
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

Table of CRP Calibrator Reference Value

C-Reactive Protein Calibrator

Code: DM3513

 2023092101

 20240920

Model	Level	Reference Value (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0)	Calibrator 1	5.6
	Calibrator 2	17.6
	Calibrator 3	50.5
	Calibrator 4	99.8
	Calibrator 5	139.3
	Calibrator 6	172.3
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A2.0)	Calibrator 1	5.3
	Calibrator 2	17.6
	Calibrator 3	50.5
	Calibrator 4	99.8
	Calibrator 5	139.3
	Calibrator 6	172.3