

	文件类型	技术文档	文件版本	V2.6.0		
	项目代号	DM 3513	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-28-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of CRP Control Reference Value</p> 适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3513 项目</p>						
编制：曾婷婷 日期：2023.12.01		审核：魏保立 日期：2023.12.01		批准：魏保立 日期：2023.12.01		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V2.6.0	/	新增		曾婷婷	魏保立	2023.12.01
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

Table of CRP Control Reference Value

C-Reactive Protein Control

Code: DM3513

 2023112101

 20241120

Model	Level	Reference Value (mg/L)	Reference Range (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0)	Control 1	2.70	1.89-3.51	±0.81
	Control 2	14.32	10.03-18.61	±4.29
	Control 3	40.19	28.13-52.25	±12.06
DH-100T、DH-102T、DH-103T、 DH-105T、DH-106T、DH-108T、 DH-2000T[H1T1]、 DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、 DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A2.0)	Control 1	2.77	1.94-3.60	±0.83
	Control 2	13.61	9.53-17.69	±4.08
	Control 3	41.00	28.70-53.3	±12.3