

	文件类型	技术文件	文件版本	V2.3.2	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-17-en			
文件名称: <p style="text-align: center;">Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value</p>					
适用范围: <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制: 黄子苾 日期: 2023.12.20		审核: 曾婷婷 日期: 2023.12.20		批准: 魏保立 日期: 2023.12.20	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.3.0	/	新建	曾婷婷	魏保立	2023.11.19
V2.3.1	/	根据实际调配日期调整批号	黄子苾	魏保立	2023.11.22
V2.3.2	/	新增 P102 机型	黄子苾	魏保立	2023.12.20
发至:	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质检				
由试剂研发					

Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value

C-Reactive Protein Calibrator for Vet

Code: DM3702

 2023091201

 20240911

Model	Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
DF66X Vet DF68X Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	Calibrator 1	16.3
	Calibrator 2	23.8
	Calibrator 3	56.2
	Calibrator 4	94.1
	Calibrator 5	113.2
	Calibrator 6	155.9
DH10Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	Calibrator 1	17.4
	Calibrator 2	26.4
	Calibrator 3	56.1
	Calibrator 4	94.9
	Calibrator 5	105.4
	Calibrator 6	151.5