
	文件类型	技术文件	文件版本	V2.1.0	
	项目代号	DM3113	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-09-en			
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of C-Reactive Protein Calibrator Reference Value</p> 适用范围： DM1117 项目					
编制：刘嘉 日期：2024.03.18		审核：刘金盈 日期：2024.03.18		批准：郑剑通 日期：2024.03.18	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新建	刘嘉	郑剑通	2024.03.18
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检				
由试剂研发					

Table of C-Reactive Protein Calibrator Reference Value

C-Reactive Protein Calibrator

Code: DM3113

LOT 2024022001

 20250219

Model	Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
DYMIND DH-800 CRP series DH-800 CS series (Technical File Version A1.1 or higher)	Calibrator 1	5.46
	Calibrator 2	19.35
	Calibrator 3	43.25
	Calibrator 4	80.91
	Calibrator 5	103.58
	Calibrator 6	135.00