

	文件类型	技术文档	文件版本	V3.3.0		
	项目代号	DM 3513	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-29-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Table of CRP Calibrator Reference Value</b></p>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM 3513 项目</p>						
编制：秦俊飞 日期：2024.04.12		审核：曾婷婷 日期：2024.04.12		批准：田文飞 日期：2024.04.12		
<b>修 订 记 录</b>						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V3.3.0	/	新增		秦俊飞	田文飞	2024.04.12
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

## Table of CRP Calibrator Reference Value

### C-Reactive Protein Calibrator

**Code: DM3513**

 2024032101

 20250320

Model	Level	Reference Value (mg/L)
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A1.0)	<b>Calibrator 1</b>	6.07
	<b>Calibrator 2</b>	24.40
	<b>Calibrator 3</b>	53.79
	<b>Calibrator 4</b>	105.72
	<b>Calibrator 5</b>	129.41
	<b>Calibrator 6</b>	178.37
DH-100T、DH-102T、DH-103T、DH-105T、DH-106T、 DH-108T、DH-2000T[H1T1]、DH-2000T[H2T1]、 DH-2000T[H1T2]、DH-2000T[H2T2] (Applicable to technical document version A2.0 and above)	<b>Calibrator 1</b>	6.07
	<b>Calibrator 2</b>	24.40
	<b>Calibrator 3</b>	53.79
	<b>Calibrator 4</b>	105.72
	<b>Calibrator 5</b>	129.41
	<b>Calibrator 6</b>	178.37