

	文件类型	技术文件	模板版本	V4.2.0		
	项目代号	/	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-12-en				
文件名称： <h2 style="text-align: center;">Fibrinogen Calibrator Reference Value Table 2026-03-14</h2> 适用范围：9102 项目						
编制：刘慧敏		审核：李世康		批准：李世康		
日期：2024.05.20		日期：2024.05.20		日期：2024.05.20		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V4.2.0	/	新建		刘慧敏	李世康	2024.05.20
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

Fibrinogen Calibrator Reference Value Table

Fibrinogen Calibrator

CALIBRATOR

LOT 2024031501

 20240315 20260314

Applicable Instrument	Unit	Principle	Reference Value
CA1200 CA1203 CA1205 DC1210	g/L	Optical method	3.12
DC1250 DC1280	g/L	Magnetic bead	3.09

【NOTE】

1. The calibrator should be stored in the refrigerator at 2°C - 8°C. After reconstitution, the calibrator can be stable for 4 hours at room temperature (10°C - 30°C), and can be stable for 8 hours at 2°C - 8°C.
2. The calibrator cannot be frozen after reconstitution
3. The calibrator is for IVD only.