



| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
|  | 文件类型 | 技术文件 | 文件版本 | V5.3.0 | | |
| | 项目代号 | DM3113 | 页 码 | 第 0 页 共 1 页 | | |
| | 文件编号 | GL DM-56-10-en | | | | |
| 文件名称： <p style="text-align: center;">Table of SAA Control Reference Value</p> | | | | | | |
| 适用范围： <p style="text-align: center;">DM3113 项目</p> | | | | | | |
| 编制：秦俊飞 日期：2024.06.07 | | 审核：曾婷婷 日期：2024.06.07 | | 批准：田文飞 日期：2024.06.07 | | |
| 修 订 记 录 | | | | | | |
| 版本 | TCN/ECR/ CN 编号 | 修订内容概要 | | 修改人 | 批准人 | 批准日期 |
| V5.3.0 | / | 新建 | | 秦俊飞 | 田文飞 | 2024.06.07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 发至： | <input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检 | | | | | |
| 由试剂研发 | | | | | | |

Table of SAA Control Reference Value**Serum Amyloid A Protein Control**

LOT 2024052101

 20250520

| Model | Level | Reference Value (mg/L) | Reference Range (mg/L) |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical document version A1.0 and above) | Control 1 | 8.6 | 6.0-11.2 |
| | Control 2 | 50.4 | 35.3-65.5 |
| DP-H10、DP-H12、DP-H13、DP-H15、 DP-H16、DP-H17 (Applicable to technical document version A1.0 and above) | Control 1 | 9.1 | 6.4-11.8 |
| | Control 2 | 51.1 | 35.8-66.4 |