
	文件类型	技术文件	文件版本	V3.2.0	
	项目代号	DM3702	页 码	第 0 页 共 1 页	
	文件编号	GL DM-56-17-en			
文件名称: <p style="text-align: center;"><b>Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value</b></p>					
适用范围: <p style="text-align: center;">DM3702 项目</p>					
编制: 黄子苾 日期: 2024.08.09		审核: 曾婷婷 日期: 2024.08.09		批准: 田文飞 日期: 2024.08.09	
修 订 记 录					
版本	TCN/ECR/P CN 编号	修订内容概要	修改人	批准人	批准日期
V3.2.0	/	新建	黄子苾	田文飞	2024.08.09
发至:	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 设备研发 <input type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input type="checkbox"/> 试剂质检 <input type="checkbox"/> 设备质检				
由试剂研发					

## Table of CRP Calibrator for Vet Reference Value

### C-Reactive Protein Calibrator for Vet

**Code: DM3702**

**LOT** 2024071801

 20250717

Model	Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)
DF66X Vet DF68X Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Calibrator 1</b>	17.4
	<b>Calibrator 2</b>	24.7
	<b>Calibrator 3</b>	59.0
	<b>Calibrator 4</b>	90.0
	<b>Calibrator 5</b>	102.4
	<b>Calibrator 6</b>	150.5
DH10Vet (Applicable to technical document versions A1.0 and above)	<b>Calibrator 1</b>	14.5
	<b>Calibrator 2</b>	24.1
	<b>Calibrator 3</b>	54.1
	<b>Calibrator 4</b>	91.3
	<b>Calibrator 5</b>	112.2
	<b>Calibrator 6</b>	151.7