

	文件类型	技术文件	文件版本	V4.5.0		
	项目代号	/	页 码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-15-en				
文件名称： <h2 style="text-align: center;">D-dimer Calibrator Reference Value Table 2026-02-05</h2> 适用范围： 9102 项目						
编制：陈贞竹 日期：2024.09.19		审核：曹佳强 日期：2024.09.19		批准：曹佳强 日期：2024.09.19		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V4.5.0	/	新建		陈贞竹	曹佳强	2024.09.19
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

## D-dimer Calibrator Reference Value Table

### D-dimer Calibrator

**CALIBRATOR**

LOT 2024080601

 20240806 20260205

Applicable Instrument	Unit	Reference Value
CA1200 CA1203 CA1205 DC1210 DC1250 DC1280	μg/mL (FEU)	4.20

**【NOTE】**

1. The calibrator should be stored in the refrigerator at 2°C~8°C. After reconstitution, the calibrator can be stable for 8 hours at room temperature (10°C~30°C), and can be stable for 12 hours at 2°C~8°C.
2. The calibrator cannot be frozen after reconstitution.
3. The calibrator is for IVD only.