


	文件类型	技术文档	文件版本	V2.1.0		
	项目代号	DM3511	页 码	第 1 页 共 2 页		
	文件编号	GL DM-56-67-en				
文件名称： <h2 style="text-align: center;">过敏原特异性 IgE 抗体质控品参考值表</h2>						
适用范围： <p style="text-align: center;">DM3511</p>						
编制： 秦俊飞 日期： 2024.12.12		审核： 曾婷婷 日期： 2024.12.12		批准： 田文飞 日期： 2024.12.12		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PC N 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V2.1.0	/	新增		秦俊飞	田文飞	2024.12.12
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input checked="" type="checkbox"/> 设备生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由设转						

Table of Allergen-Specific IgE Antibody Control**Reference Value****Code:DM3511****LOT** 2024080601 20250805

Model	Level	Reference Value (IU/mL)	Reference Range (IU/mL)
MF1200、MF1203、MF1205、 MF1206、MF1208、MF1209、 MF1210、MF1230、MF1250、 MF1260、MF1280 Automatic flow fluorescence immunoassay (Applicable to technical document version A1.0 and above)	Control 1	25.66	17.96-33.36