
	文件类型	技术文件	文件版本	V6.2.0		
	项目代号	DM3514	页码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-11-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value</p> 适用范围： DM3514项目						
编制：石丽岐 日期：2025.03.05		审核：刘金盈 日期：2025.03.05		批准：程军 日期：2025.03.05		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V6.2.0	/	新建		石丽岐	程军	2025.03.05
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由工程						

Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value

Serum Amyloid A Protein Calibrator

LOT 2025020601

 2026-02-05

Applicable Instruments	DH-2000T series DH-100T、DH-102T DH-103T、DH-105T DH-106T、DH-108T (Technical File version A2.0 or higher)	DH-800 CS series (Technical File Version A1.3 or higher)
Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)	Reference Value (mg/L)
Calibrator 1	10.47	10.46
Calibrator 2	18.85	19.32
Calibrator 3	50.51	50.53
Calibrator 4	96.42	102.94
Calibrator 5	132.03	134.92
Calibrator 6	183.97	191.36
Calibrator 7	201.37	205.28