
	文件类型	技术文件	文件版本	V6.6.0		
	项目代号	DM3113	页码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-11-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value 2025051201</p> 适用范围： DM3113项目						
编制：石丽岐 日期：2025.06.18		审核：刘金盈 日期：2025.06.18		批准：程军 日期：2025.06.18		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V6.6.0	/	新建		石丽岐	程军	2025.06.18
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

Table of Serum Amyloid A Protein Calibrator (SAA) Reference Value

Serum Amyloid A Protein Calibrator

LOT 2025051201

 2026-05-11

Applicable Instruments	DM79X、DM78X、DM72X (Applicable to technical file version A1.0 or higher)	DP-H10、DP-H12、DP-H13、DP-H15、DP-H16、 DP-H17 (Applicable to technical file version A1.0 or higher)
Level (multi-point)	Reference Value (mg/L)	Reference Value (mg/L)
Calibrator 1	12.70	10.9
Calibrator 2	21.82	21.2
Calibrator 3	49.09	54.2
Calibrator 4	99.80	79.6
Calibrator 5	160.00	141.3
Calibrator 6	189.00	/
Calibrator 7	255.00	/