
	文件类型	技术文件	文件版本	V4.2.0		
	项目代号	/	页码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-06-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">CRP Control for Vet Reference Value 2025091901</p> 适用范围： DM3702项目						
编制：刘金盈		审核：冯会娟		批准：程军		
日期：2025.11.04		日期：2025.11.04		日期：2025.11.04		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V4.2.0	/	新建		刘金盈	程军	2025.11.04
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由工程						

CRP Control for Vet Reference Value

C-Reactive Protein Control for Vet

LOT 2025091901

 2026-09-18

Applicable Instruments	Level	Reference Value (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DP-H10 Vet, DP-H12 Vet, DP-H13 Vet DP-H15 Vet, DP-H16 Vet, DP-H17 Vet (Technical file version A2.0 or higher)	Control 1	15.8	±4.7
	Control 2	54.0	±16.2