

	文件类型	技术文件	模板版本	V5.3.0		
	项目代号	/	页 码	第 0 页 共 1 页		
	文件编号	GL DM-56-12-en				
文件名称： <p style="text-align: center;"><b>Fibrinogen Calibrator Reference Value Table lot 2025110801</b></p>						
适用范围：9102 项目						
编制： 刘金盈 日期： 2025.11.28		审核： 冯会娟 日期： 2025.11.28		批准： 程军 日期： 2025.11.28		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN 编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V5.3.0	/	新建		刘金盈	程军	2025.11.28
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由工程						

# Fibrinogen Calibrator Reference Value Table

## Fibrinogen Calibrator

### CALIBRATOR

LOT 2025110801

 20251108 20271107

Applicable Instrument	Unit	Principle	Reference Value
CA1200 CA1203 CA1205 DC1210	g/L	Optical method	2.92
DC1250 DC1280	g/L	Magnetic bead	2.98

**【NOTE】**

1. The calibrator should be stored in the refrigerator at 2 °C - 8 °C. After reconstitution, the calibrator can be stable for 4 hours at room temperature (10 °C - 30 °C), and can be stable for 8 hours at 2 °C - 8 °C.
2. The calibrator cannot be frozen after reconstitution
3. The calibrator is for IVD only.